

EN

FR

DE

ES

IT

NL

NO

JA

KO

ZH

Little Baby QCPR

Important Product Information

重要产品信息

www.laerdal.com



This Important Product Information covers Little Baby QCPR. Unless otherwise specified the information applies to all product configurations.

Warnings and Cautions

A Warning states a condition, hazard, or unsafe practice that can result in serious personal injury or death.

A Caution states a condition, hazard, or unsafe practice that can result in minor personal injury or damage to the product.

Notes

A note states important information about the product or its operation.

Care, Maintenance and Cleaning

Keep the manikin clean and in a hygienic condition. Replace the airway assembly after every class, especially if mouth to mouth resuscitation is practiced.

We recommend that you use a separate Laerdal Manikin Face for every student.

If several students use one manikin face, thoroughly sanitize the manikin face after every use. Clean all skin parts regularly. Use warm soapy water or Laerdal manikin wipes.

Use of Manikin Face Shields provides a clean barrier between your lips and the manikin face.

These can discolor the manikin:

- Pigments from lipstick and pens
- Latex gloves
- Using clothes other than what comes with the product originally.

Cautions

- *Do not use liquids to clean inside the manikin.*
- *Do not submerge any parts.*

Battery

Only use consumer grade, non-rechargeable, carbon zinc or alkaline batteries, LR6 1.5V AA. Batteries must be replaced with correct type. Remove batteries if product is not to be used for an extended period.

English

Little Baby QCPR

Federal Communications Commission (FCC) and Industry Canada (IC) Statements

This device complies with part 15 of the FCC Rules and RSS-210 of IC rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Changes or modifications not expressly approved by Laerdal Medical could void the user's authority to operate the equipment.

The term "IC" before the equipment certification number only signifies that the Industry Canada technical specifications were met.

Mise en garde:Tout changement ou toute modification n'ayant pas fait l'objet d'une approbation expresse de Laerdal Medical peut annuler le droit dont dispose l'utilisateur de se servir de l'équipement.

Le terme « IC » qui précède le numéro d'agrément de l'équipement signifie uniquement que les caractéristiques techniques spécifiées par Industrie Canada sont respectées.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Little Baby QCPR contains FCC ID:
QHQ-QCPR-LB

Contains IC Certification Number:
20263-QCPRLB

Canada

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Japan

MIC certification 012-190010

Korea

R-C-Lm1-QCPR-LB

China

CMIIT ID: 2019DJ12628

EU

This product is in compliance with the essential requirements of Council Directive 2014/53/EU on Radio Equipment (RED), and Council Directive 2011/65/EU on Restriction on the use of certain hazardous substance (RoHS).

UK

UKCA (U.K. Conformity Assessed): This product complies with the requirements of U.K. legislation of Radio Equipment Regulations (S.I. 2017/1206). UKCA (U.K. Conformity Assessed): This product complies with the requirements of U.K. legislation of Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations (RoHS) Regulations (S.I. 2012/3032).

Waste Handling

The QCPR Sensor contains electronic components. Dispose of it at the applicable recycling facility in accordance with local regulations.

European directive 2012/19/EU (WEEE): WEEE: this appliance is marked according to the European directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.

The symbol on the product, or on the documents accompanying the product, indicates that this appliance may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. Disposal must be carried out in accordance with local environmental regulations for waste disposal. For more detailed information about treatment, recovery and recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the Laerdal representative where you purchased the product.

Warranty

Refer to the Laerdal Global Warranty for terms and conditions. For more information visit www.laerdal.com

Symbol Glossary

	CE mark
	UKCA mark
	Australian Radiocommunications and EMC Compliance Mark
	KC (Korea Certification) certification mark
	Japanese MIC Certification
	WEEE mark
	Manufacturer
	Date of Manufacture
	Reference Order Number
	LOT Number

Specifications

Operating temperature	5 °C to 35 °C (41 °F to 95 °F) Degradation in product performance may be experienced when used at low temperatures (< 15 °C / 59 °F)
Storage temperature	-10 °C to 50 °C (14 °F to 122 °F)
Humidity	5 % - 95 % relative humidity
Weight	1.8 kg (\pm 0.2 kg)
Dimensions	65 x 26 x 14 cm (25 x 10 x 5 inches)

Ces informations importantes sur le produit concernent Little Baby QCPR. Sauf indication contraire, ces informations s'appliquent à toutes les configurations du produit.

Avertissements et mises en garde

Un avertissement identifie les conditions, les risques ou les mauvaises pratiques pouvant blesser gravement une personne ou provoquer sa mort. Une mise en garde identifie les conditions, les risques ou les mauvaises pratiques pouvant blesser des personnes ou endommager le produit.

Notes

Une note indique des informations importantes relatives au produit ou à son utilisation.

Entretien, maintenance et nettoyage

Gardez le mannequin propre et dans des conditions d'hygiène irréprochables. Remplacez les voies aériennes après chaque cours, notamment si une réanimation par bouche-à-bouche a été pratiquée.

Nous recommandons l'utilisation d'un masque de visage Laerdal distinct pour chaque étudiant.

Si plusieurs étudiants utilisent un même masque de visage, désinfectez le bien après chaque utilisation. Nettoyez régulièrement toutes les parties de la peau. Utilisez de l'eau chaude savonneuse ou les lingettes désinfectantes pour mannequin de Laerdal.

L'utilisation des feuilles de protection faciale pour mannequin permet d'appliquer une barrière de propreté entre vos lèvres et le visage du mannequin.

Les éléments suivants peuvent décolorer le mannequin :

- Pigments de rouge à lèvres et stylos
- Gants en latex
- Utilisation de vêtements différents de ceux fournis initialement avec le produit.

Mises en garde

- N'utilisez pas de liquides pour nettoyer l'intérieur du mannequin.
- N'immergez aucune pièce détachée.

Batterie

Utilisez uniquement des piles grand public alcalines ou carbone/zinc, non rechargeables, LR6 1,5 V AA. Les piles doivent être remplacées par des piles du type approprié. Retirez les piles si le produit n'est pas utilisé pendant une période prolongée.

Federal Communications Commission (FCC) and Industry Canada (IC) Statements

This device complies with part 15 of the FCC Rules and RSS-210 of IC rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Changes or modifications not expressly approved by Laerdal Medical could void the user's authority to operate the equipment.

The term "IC" before the equipment certification number only signifies that the Industry Canada technical specifications were met.

Mise en garde:Tout changement ou toute modification n'ayant pas fait l'objet d'une approbation expresse de Laerdal Medical peut annuler le droit dont dispose l'utilisateur de se servir de l'équipement.

Le terme « IC » qui précède le numéro d'agrément de l'équipement signifie uniquement que les caractéristiques techniques spécifiées par Industrie Canada sont respectées.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Little Baby QCPR porte l'ID FCC : QHQ QCPR-LB

Contenu : IC 20263-QCPRLB

Canada

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux exigences de la norme canadienne ICES-003

UE

Ce produit est conforme aux exigences essentielles de la Directive du Conseil 2014/53/UE relative à l'équipement radio (RED) et de la Directive du Conseil 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses (RoHS).

Traitement des déchets

Le capteur de QCPR contient des composants électroniques. Il doit être mis au rebut dans une installation de recyclage appropriée, conformément à la réglementation locale en vigueur. Directive européenne 2012/19/UE (DEEE) : cet appareil est marqué conformément à la Directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). En veillant à l'élimination correcte de ce produit, vous éviterez des conséquences potentiellement délétères pour la santé humaine et l'environnement, qui pourraient découler d'un traitement inapproprié lors de la mise au rebut de ce produit.

Le symbole apposé sur le produit ou sur les documents qui l'accompagnent indique que cet appareil ne peut pas être traité comme un déchet ménager. Il doit être remis à un point de collecte adapté pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. Son élimination doit être réalisée conformément à la réglementation environnementale locale relative à l'élimination des déchets. Pour obtenir des informations plus détaillées sur le traitement, la collecte et le recyclage de ce produit, contactez votre mairie, le service de traitement des déchets ménagers local ou le représentant Laerdal auprès duquel vous avez acheté le produit.

Garantie

Reportez-vous à la garantie mondiale de Laerdal pour en connaître les clauses. Pour plus d'informations, visitez le site www.laerdal.com

Glossaire des symboles

	Marquage CE
	Marquage CE
	Marquage de conformité aux normes de CEM et de radiocommunication australiennes
	Marquage de certification KC (Certification pour la Corée)
	Certification MIC pour le Japon
	Marquage DEEE
	Fabricant
	Date de fabrication
	Référence numéro de commande
	Numéro de LOT

Caractéristiques techniques

Température de fonctionnement	5 °C à 35 °C Une dégradation des performances du produit peut survenir en cas d'utilisation à basse température (< 15 °C)
Température de stockage	10 °C à 50 °C
Humidité	5 % à 95 % d'humidité relative
Poids	1,8 kg ($\pm 0,2$ kg)
Dimensions	Environ 65 x 26 x 14 cm

Diese wichtigen Produktinformationen gelten für Little Baby QCPR. Sofern nicht anders angegeben, gilt diese Information für sämtliche Produktkonfigurationen.

⚠ Warn- und Sicherheitshinweise

Ein Warnhinweis macht auf einen Zustand, eine Gefahrensituation oder eine unsichere Praxis aufmerksam, die zu schwerwiegenden personenbezogenen Verletzungen oder zum Tod führen kann.

Ein Sicherheitshinweis macht auf einen Zustand, eine Gefahrensituation oder eine unsichere Praxis aufmerksam, die zu leichten personenbezogenen Verletzungen oder zur Beschädigung des Produktes führen kann.

 **Hinweise**

Ein Hinweis nennt wichtige Informationen über das Produkt oder dessen Betriebsweise.

Pflege, Instandhaltung und Reinigung

Das Trainingsmodell sauber und in hygienischem Zustand halten. Die Intubationseinheit nach jedem Seminar auswechseln, vor allem dann, wenn Mund-zu-Mund-Beatmung durchgeführt wurde.

Wir empfehlen, für jeden Übungsteilnehmer ein separates Gesichtsteil für das Laerdal-Trainingsmodell zu verwenden.

Wenn mehrere Übungsteilnehmer ein und dasselbe Gesichtsteil verwenden, muss dieses nach jedem Gebrauch gründlich desinfiziert werden. Alle Hautteile sind regelmäßig zu reinigen. Warmes Seifenwasser oder Laerdal-Reinigungstücher verwenden.

Übungsbeatmungstücher schaffen eine hygienische Barriere zwischen Ihren Lippen und dem Gesicht des Trainingsmodells.

Folgende Materialien können zu Verfärbungen des Trainingsmodells führen:

- Farbstoffe von Stiften und Lippenstiften
- Latexhandschuhe
- Verwenden von Kleidungsstücken, die nicht ursprünglich mit dem Produkt geliefert wurden.

⚠ Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie keine Flüssigkeiten, um das Innere des Trainingsmodells zu reinigen.
- Tauchen Sie keine Teile des Trainingsmodells unter.

Batterie

Verwenden Sie nur herkömmliche, nicht wieder-aufladbare Zink-Kohle- oder Alkali-Batterien (LR6 1,5V AA). Batterien müssen durch die korrekte Batterieart ersetzt werden. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.

Deutsch

Little Baby QCPR

EU

Dieses Produkt entspricht den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie des Rates 2014/53/EU über Funkanlagen (RED) sowie der Richtlinie des Rates 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS).

Umgang mit Abfallprodukten

Der QCPR-Sensor enthält elektronische Bauteile. Entsorgen Sie ihn in einer geeigneten Recyclinganlage gemäß den örtlichen Vorschriften.

Europäische Richtlinie 2012/19/EU (WEEE):
Dieses Gerät ist gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU zu Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) gekennzeichnet. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts helfen Sie dabei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die bei einer unsachgemäßen Entsorgung auftreten können.

Das Symbol auf dem Produkt oder den ihm beiliegenden Dokumenten weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Stattdessen ist es bei der zuständigen Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abzugeben. Die Entsorgung ist gemäß den örtlichen Umweltschutzvorschriften zur Abfallentsorgung vorzunehmen. Detaillierte Informationen zur Behandlung, Verwertung und zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen oder dem Laerdal-Vertreter, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Garantie

Informationen zu den Gewährleistungsbedingungen finden Sie in der Broschüre über die weltweite Garantie von Laerdal. Weitere Informationen finden Sie unter www.laerdal.com.

Glossar der Symbole

	CE-Zeichen
	UKCA-Zeichen
	Australische Kennzeichnung der Übereinstimmung mit den EMV-Anforderungen
	KC (Korea-Zertifikat) Prüfzeichen
	Japanische MIC-Zertifizierung
	WEEE-Zeichen
	Hersteller
	Herstellungsdatum
	Referenzbestellnummer
	Chargennummer

Technische Daten

Betriebstemperatur	5 °C bis 35 °C Wenn das Produkt bei niedrigen Temperaturen (< 15 °C) verwendet wird, kann sich die Produktleistung verschlechtern.
Lagerung Temperatur	-10 °C bis 50 °C
Luftfeuchtigkeit	5 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit
Gewicht	1,8 kg (± 0,2 kg)
Abmessungen	65 x 26 x 14 cm

Esta información importante del producto se refiere a Little Baby QCPR. A menos que se especifique lo contrario, la información se aplica a todas las configuraciones del producto.

Advertencias y precauciones

Una advertencia identifica condiciones, riesgos o prácticas no seguras que pueden provocar daños personales graves o incluso la muerte. Una precaución identifica condiciones, riesgos o prácticas no seguras que pueden provocar lesiones personales leves o daños al producto.

Notas

Una nota indica información importante sobre el producto o su funcionamiento.

Cuidado, mantenimiento y limpieza

Mantenga el maniquí limpio y en buenas condiciones de higiene. Sustituya el conjunto de las vías aéreas después de cada clase, especialmente si se practica la reanimación boca a boca.

Recomendamos utilizar una cara de maniquí de Laerdal diferente para cada estudiante.

Si varios estudiantes utilizan la misma cara de maniquí, esta deberá limpiarse después de cada uso. Limpie todas las piezas de la piel con regularidad. Utilice agua tibia con jabón o un paño específico para maniqués de Laerdal.

El uso de protectores faciales para el maniquí proporciona una barrera limpia entre los labios de la persona y la cara del maniquí.

Los siguientes elementos pueden decolorar el maniquí:

- Pigmentos de barras de labios y bolígrafos.
- Guantes de látex.
- El uso de prendas diferentes a las que se incluyen originalmente con el maniquí.

Precauciones

- No utilice líquidos para limpiar el interior del maniquí.
- No sumerja ninguna pieza.

Pila

Utilice únicamente pilas alcalinas o de zinc-carbono no recargables AA de 1,5V LR6 de uso comercial. Las pilas deberán sustituirse por otras de un tipo adecuado. Quite las pilas cuando el producto no se vaya a utilizar durante un período prolongado.

Español

Little Baby QCPR

UE

Este producto cumple los requisitos esenciales de la Directiva del Consejo 2014/53/UE sobre equipos de radio (RED) y la Directiva del Consejo 2011/65/UE sobre el uso de ciertas sustancias peligrosas (RoHS).

Gestión de residuos

El sensor de QCPR contiene componentes electrónicos. Deséchelo en un centro de reciclaje adecuado de acuerdo con las normativas locales.

Directiva europea 2012/19/EU (RAEE): este aparato está marcado de acuerdo a la directiva europea 2012/19/EU relativa a los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Al asegurarse de que este producto se desechará de la forma adecuada, ayudará a prevenir las posibles consecuencias negativas sobre la salud y el medio ambiente derivadas de una gestión inadecuada de los residuos de este producto.

El símbolo que aparece en el producto, o en los documentos que lo acompañan, indica que este aparato no se puede tratar como un residuo doméstico. En su lugar, debe llevarse al centro de recogida correspondiente para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. El desecho se debe realizar de acuerdo a las regulaciones medioambientales locales relativas al desecho de residuos. Para obtener información más detallada sobre el tratamiento, la recuperación y el reciclaje de este producto, póngase en contacto con la oficina municipal, los servicios de desechos domésticos o el representante de Laerdal del lugar donde adquirió el producto.

Garantía

Consulte la garantía global de Laerdal para ver los términos y las condiciones. Para obtener más información, visite www.laerdal.com

Glosario de símbolos

	Marca CE
	Marca UKCA
	Marca de compatibilidad electromagnética y de radiocomunicaciones australiana
	KC (Certificación coreana) marca de certificación
	Certificación MIC japonesa
	Marca RAEE
	Fabricante
	Fecha de fabricación
	Número de pedido de referencia
	Número de LOTE

Especificaciones

Temperatura de funcionamiento	5 °C a 35 °C El rendimiento del producto puede deteriorarse si se emplea a bajas temperaturas (<15 °C)
Temperatura de almacenamiento	-10 °C a 50 °C
Humedad	Humedad relativa de 5% - 95%
Peso	1,8 kg (\pm 0,2 kg)
Dimensiones	65 x 26 x 14 cm

Queste importanti informazioni sul prodotto riguardano il dispositivo Little Baby QCPR. Se non diversamente specificato, le informazioni sono valide per tutte le configurazioni del prodotto.

Avvertenze e precauzioni

Un messaggio di avvertenza segnala condizioni, pericoli o pratiche non sicure che potrebbero causare infortuni gravi alla persona o il decesso. Un messaggio di precauzione segnala condizioni, pericoli o pratiche non sicure che potrebbero causare lievi infortuni alla persona o danni al prodotto.

Note

Una nota riporta informazioni importanti sul prodotto e sul suo uso.

Cura, manutenzione e pulizia

Mantenere il manichino pulito e rispettare le norme igieniche. Sostituire il gruppo delle vie aeree dopo ogni corso, soprattutto se è stata praticata la rianimazione bocca a bocca.

Si consiglia di usare un viso del manichino di Laerdal diverso per ogni studente.

Se il viso del manichino viene condiviso da più studenti, sterilizzarlo completamente dopo ogni uso. Pulire periodicamente tutte le aree della pelle. Usare acqua calda saponata o le salviette per manichini di Laerdal.

Usare fogli protettivi per creare una barriera pulita tra le labbra dello studente e il viso del manichino.

I seguenti oggetti potrebbero macchiare il manichino:

- rossetto e penne
- guanti di lattice
- indossare abiti diversi da quelli forniti originariamente con il prodotto

Precauzioni

- Non utilizzare liquidi per la pulizia interna del manichino.
- Non immergere alcuna parte.

Batteria

Utilizzare esclusivamente batterie di consumo, non ricaricabili, zinco carbonio o alcaline, LR6 1,5 V AA. Le batterie devono essere sostituite con il tipo corretto. Rimuovere le batterie se il prodotto non deve essere utilizzato per un lungo periodo.

Italiano

Little Baby QCPR

UE

Il prodotto è conforme ai requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE sulle apparecchiature radio e alla direttiva 2011/65/UE RoHS sulle limitazioni dell'uso di sostanze pericolose.

Trattamento dei rifiuti

Il sensore QCPR include componenti elettronici. Smaltilo presso uno stabilimento per il riciclo appropriato, in conformità con le normative locali.

Direttiva europea 2012/19/UE (RAEE) RAEE: l'etichettatura di questa apparecchiatura è conforme alla direttiva europea 2012/19/UE RAEE sullo smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici. Lo smaltimento corretto del prodotto aiuta a prevenire possibili conseguenze negative sull'ambiente e sulla salute, che potrebbero essere altrimenti causate da un trattamento inappropriate dei rifiuti del prodotto.

Il simbolo riportato sul prodotto, o sulla documentazione fornita con il prodotto, indica che l'apparecchiatura non deve essere trattata come rifiuto domestico. Dovrà, quindi, essere portata presso un punto di raccolta per il riciclo delle parti elettriche ed elettroniche. Lo smaltimento dei rifiuti deve essere eseguito nel rispetto delle relative normative ambientali locali. Per informazioni più dettagliate su come trattare, recuperare e riciclare il prodotto, contattare l'ufficio municipale preposto, il servizio di smaltimento di rifiuti domestici di zona o il rappresentante Laerdal presso cui il prodotto è stato acquistato.

Garanzia

Fare riferimento alla garanzia globale di Laerdal per i termini e le condizioni. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.laerdal.com

Glossario dei simboli

	Marchio CE
	Marchio UKCA
	Marchio di conformità alle normative australiane su radiocomunicazioni e compatibilità elettromagnetica (EMC)
	Certificazione per la Corea (simbolo di certificazione)
	Certificazione MIC per il Giappone
	Marchio RAEE
	Produttore
	Data di produzione
	Numero di ordine di riferimento
	Numero di lotto

Specifiche

Temperatura di esercizio	Da 5 °C a 35 °C In caso di utilizzo con temperature sotto i 15 °C, le prestazioni del prodotto potrebbero risultare inferiori.
Conservazione Temperatura	da -10 °C a 50 °C
Umidità	5-90% di umidità relativa
Peso	1,8 kg (\pm 0,2 kg)
Dimensioni	65 x 26 x 14 cm

Deze belangrijke productinformatie is van toepassing op Little Baby QCPR. Tenzij anders aangegeven, is de informatie van toepassing op alle productconfiguraties.

 **Waarschuwingen en aandachtspunten**
Een waarschuwing geeft omstandigheden, risico's of gevaarlijk gebruik aan die ernstig letsel of de dood tot gevolg kunnen hebben.
Een aandachtspunt geeft omstandigheden, risico's of gevaarlijk gebruik aan die licht lichamelijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben.

 **Opmerkingen**

Een opmerking geeft belangrijke informatie over het product of het gebruik ervan.

Zorg, onderhoud en reiniging

Houd de oefenpop schoon en in goede hygiënische staat. Vervang de luchtwegunit na iedere les, met name als er mond-opmondbeademing is geoefend.
We raden aan voor iedere cursist een aparte Laerdal Manikin Face te gebruiken.
Als verschillende cursisten hetzelfde gezicht gebruiken, moet het gezicht van de oefenpop na ieder gebruik grondig worden gereinigd. Reinig alle huiddelen regelmatig. Gebruik een warm sopje of Laerdal Manikin Wipes.
De Manikin Face Shields vormen een schone barrière tussen uw lippen en het gezicht van de oefenpop.

De volgende elementen kunnen de oefenpop verkleuren:

- Kleurstoffen van lippenstift en pennen
- Latex handschoenen
- Gebruik van andere kleding dan die origineel met het product is geleverd.

 **Aandachtspunten**

- *Gebruik geen vloeistof om de binnenzijde van de oefenpop te reinigen.*
- *Dompel onderdelen niet onder in vloeistof.*

Batterij

Gebruik alleen niet-oplaadbare koolzink- of alkalibatterijen LR6 1,5V AA. Batterijen moeten vervangen worden door het juiste type. Verwijder de batterijen als het product langere tijd niet gebruikt wordt.

Nederlands

Little Baby QCPR

EU

Dit product is in overeenstemming met de essentiële vereisten van richtlijn 2014/53/EU van de Raad betreffende radioapparatuur (RED) en richtlijn 2011/65/EU van de Raad betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (RoHS).

Afvalverwerking

De sensor van de QCPR bevat elektronische componenten. Breng deze naar het daarvoor bestemde recyclingcentrum in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving.

Europese richtlijn 2012/19/EU (AEEA): dit apparaat is aangemerkt volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). Door dit product correct te verwijderen helpt u mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen die zouden kunnen ontstaan door onjuiste afvoer van dit product.

Het symbool op het product of op de bij het product behorende documenten geeft aan dat dit apparaat niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan dient het bij het daarvoor ingestelde verzamelpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur te worden aangeleverd. Verwijdering dient plaats te vinden in overeenstemming met de plaatselijke milieuvorordening voor afvalverwijdering. Neem voor meer informatie over de behandeling, terugwinning en hergebruik van dit product contact op met uw gemeente, de gemeentereiniging of de vertegenwoordiger van Laerdal bij wie u het product hebt aangeschaft.

Garantie

Raadpleeg de algemene voorwaarden in de Laerdal Global Warranty (Laerdal Wereldwijde Garantie). Bezoek www.laerdal.com voor meer informatie

Verklarende symbolenlijst

	CE-markering
	UKCA-markering
	Australisch merk voor radiocommunicatie en naleving van EMC
	KC (Korea-certificering) certificering
	Japanse MISS-certificering
	AEEA-markering
	Fabrikant
	Productiedatum
	Ordernummer ter referentie
	LOT-nummer

Specificaties

Gebruiks-temperatuur	5 °C tot 35 °C Afname van de prestaties van het product kan zich voordoen tijdens gebruik bij lage temperaturen (< 15 °C)
Opslag-temperatuur	-10 °C tot 50 °C
Vochtigheid	5% - 95% relatieve vochtigheid
Gewicht	1,8 kg (\pm 0,2 kg)
Afmetingen	65 x 26 x 14 cm

Denne viktige produktinformasjonen gjelder for Little Baby QCPR. Hvis ikke annet er angitt, gjelder informasjonen alle produktkonfigurasjoner.

Advarsler og forsiktigheitsregler

En advarsel indikerer et forhold, en fare eller en usikker praksis som kan føre til alvorlige personsader eller død.

En forsiktigheitsregel angir et forhold, en fare eller en usikker praksis som kan føre til lettere personsader eller skade på produktet.



Merknader

En merknad gir viktig informasjon om produktet eller bruken av det

Stell, vedlikehold og rengjøring

Hold dukken ren og hygienisk. Skift ut luftveien etter hver klasse, spesielt hvis det øves på munn-til-munn-metoden.

Vi anbefaler at du bruker en egen Laerdal ansiktshud for hver elev.

Dersom flere elever bruker samme ansiktshud, må den desinfiseres grundig etter hver bruk. Rengjør alle huddeler jevnlig. Bruk varmt såpevann eller Laerdal våtserviett.

Bruk av Manikin Face Shields gir en ren barriere mellom leppene dine og ansiktshuden.

Dette kan misfarge treningsdukken:

- Pigmenter fra leppestift og penner
- Latekshansker
- Bruk av andre klær enn dem som opprinnelig fulgte med produktet.

Forsiktigheitsregler

- Ikke bruk væsker til å rengjøre innsiden av treningsdukken.
- Ikke senk noen av delene ned i væske.

Batteri

Bruk kun ikke-oppladbare, karbon-sink- eller alkalske batterier av forbruksgrad LR6 1,5 V AA. Batteriene må byttes ut med riktig type. Fjern batteriene hvis produktet ikke skal brukes i en lengre periode.

Norsk

Little Baby QCPR

EU

Dette produktet er i samsvar med FOR-2016-04-377 Forskrift om EØS-krav til radioutstyr, og FOR-2004-06-922, 2a Elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter).

Avfallshåndtering

QCPR-sensoren inneholder elektriske deler. Leveres på egnert resirkuleringsanlegg i henhold til lokale forskrifter.

EU-direktiv 2012/19/EU (WEEE) WEEE: Dette apparatet er merket i henhold til EU-direktiv 2012/19/EU om kassering av elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE). Ved å sørge for at produktet avhendes riktig, bidrar du til å forebygge mulige negative konsekvenser for miljøet og for menneskers helse, som kan forårsakes av feil avfallshåndtering av produktet.

Symbolet på produktet, eller dokumentene som følger med produktet, indikerer at denne enheten ikke skal behandles som husholdningsavfall. I stedet skal det overlates til egenet innsamlingspunkt for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Kassering må utføres i samsvar med lokale miljøforskrifter for avfallshåndtering. For mer detaljert informasjon om behandling, gjenvinning og resirkulering av dette produktet, besøk du kontakten din lokale kontor, din deponeringstjeneste for husholdningsavfall eller Laerdal-representanten der du kjøpte produktet.

Garanti

Se Laerdal Global Garanti for vilkår og betingelser. Gå til www.laerdal.com for mer informasjon

Symbolforklaring

	CE-merke
	UKCA-merke
	Radiokommunikasjons- og EMC-samsvarsmerke for Australia
	KC (koreansk sertifisering) sertifiseringsmerke
	MIC-sertifisering for Japan
	WEEE-merke
	Produsent
	Produksjonsdato
	Katalognummer
	Lot-nummer

Spesifikasjoner

Driftstemperatur	-5 °C til 35 °C Reduksjon i produktets ytelse kan oppleves når det brukes ved lave temperaturer (< 15 °C)
Oppbevaring Temperatur	-10 °C til 50 °C
Fuktighet	5 % - 95 % relativ luftfuktighet
Vekt	1,8 kg (± 0,2 kg)
Dimensjoner	65 x 26 x 14 cm

この重要な製品情報にはリトルベビー QCPR に関する情報が掲載されています。特別な定めのない限り、本情報はすべての製品構成に適用されます。

⚠ 警告と注意

「警告」は、重度の人身傷害や死亡につながる条件、危険を生じさせる要因または安全性に欠ける行為を特定するものです。

「注意」は、軽度の人身傷害または製品の損傷につながる状況、危険を生じさせる要因、または安全性に欠ける行為を特定するものです。

💬 注

「注」は、製品および取扱いに関する重要な情報を示しています。

ケア、メンテナンスおよびクリーニング

マネキンは常に清潔な状態に保ってください。特に口対口換気を練習した場合など、講習の終了後は気道を交換してください。

マネキンフェイスは、受講者ごとに別のものを使用することを推奨します。

複数の受講者で1つのマネキンフェイスを使用する場合は、1回使用するごとに表面をよく消毒してください。すべてのスキーパーツを定期的にクリーニングしてください。クリーニングには、石鹼を混ぜたぬるま湯か、Laerdal マネキンワイプを使用してください。

マネキンフェイスシールドを使うと、マネキンフェイスと使用者の唇との接触を避けることができます。

以下のものを使用するとマネキンが変色する恐れがあります:

- ・ 口紅やペンなどに使用された顔料
- ・ ラテックス製手袋
- ・ 製品に付属しているもの以外の衣類

⚠ 注意

- ・ マネキン内部のクリーニングには液体を使用しないでください。
- ・ 部品を水中に沈めないでください。

バッテリ

充電式でない一般用の炭素亜鉛電池またはアルカリ電池、LR6 1.5V AA のみを使用してください。バッテリは正しい種類のものと交換してください。製品を長期間使用しない場合はバッテリを取り外してください。

日本語 リトルベビー QCPR

日本

MIC 認証 012-190010

廃棄物の取扱い

QCPR センサーには電子部品が含まれます。各地域の規制に準拠して適用される再利用施設に廃棄してください。

EU 指令 2012/19/EU WEEE: 本機器は、廃電気電子機器 (WEEE) に関する EU 指令 2012/19/EU に従って表示されています。本製品の廃棄を正しく行うことにより、本製品の不適切な廃棄処理により生じる環境および人間の健康に対する潜在的な悪影響を防ぐことができます。

製品または製品付属の書類に記載された記号は、本製品を家庭ごみとして取り扱うことができないことを明示するものです。本製品を、適切な電気機器および電子機器のリサイクル収集所へ持ち込むようにしてください。廃棄物処理に関する地域の環境規制に則って廃棄してください。本製品の取扱い、回収およびリサイクルに関する詳細については、居住地の地方自治体、家庭ごみ処理サービス業者、または製品を購入された Laerdal 代理店までお問い合わせください。

保証

諸条件については「Laerdal グローバル保証」をご参照ください。詳しくは、www.laerdal.com/jp/ をご覧ください。

記号

	CE マーク
	UKCA マーク
	オーストラリア無線通信および EMC 準拠マーク
	KC(韓国認証) 認証マーク
	日本 MIC 認証
	WEEE マーク
	製造元
	製造日
	参照注文番号
	ロット番号

仕様

操作温度	5°C~35°C 製品の性能低下は、低温下 (<15°C) で使用された場合に起きる可能性があります
保管 温度	-10°C~50°C
湿度	5%~95% 相対湿度
重量	1.8 kg (± 0.2 kg)
寸法	65 × 26 × 14 cm

이 중요한 제품 정보는 Little Baby QCPR에 관한 것입니다. 별도로 명시되지 않은 한, 해당 정보는 모든 제품 구성에 적용됩니다.

경고 및 주의 사항

경고는 심각한 부상을 입거나 목숨을 잃을 수도 있는 상황, 위험 요소 또는 위험한 실습 행위를 나타냅니다.

주의는 경미한 부상을 입거나 제품이 손상될 수 있는 상황, 위험 요소 또는 위험한 실습 행위를 나타냅니다.

참고

참고 사항은 제품 또는 작동에 관한 중요 정보를 나타냅니다.

관리, 유지보수, 세척

마네킹을 청결하고 위생적인 상태로 유지합니다. 매 수업 후, 특히 구강 대 구강 소생술 실습 후에는 기도 어셈블리를 교체하십시오.

모든 학생이 별도의 Laerdal 마네킹 얼굴을 사용하는 것이 좋습니다.

여러 학생이 한 개의 마네킹 얼굴을 사용할 경우, 매 사용 후 마네킹을 철저하게 소독하십시오. 모든 피부 부품을 정기적으로 세척하십시오. 따뜻한 비눗물 또는 Laerdal 마네킹 소독제를 사용하십시오.

마네킹 페이스 쉴드를 사용하면 사용자의 입술이 마네킹 얼굴에 접촉할 때 위생적입니다.

다음과 같은 물질에 닿을 경우 마네킹이 변색될 수 있습니다.

- 립스틱 및 펜의 색소
- 라텍스 장갑
- 원래 제품과 함께 제공된 것이 아닌 의복 사용.

주의 사항

- 마네킹 내부는 액체로 세척하지 마십시오.
- 어떤 부품도 액체에 담그지 마십시오.

배터리

소비자 등급, 비충전식, 망간 또는 알칼라인 배터리, LR6 1.5V AA만 사용하십시오. 올바른 유형의 배터리로 교체해야 합니다. 제품을 장기간 사용하지 않을 경우 배터리를 제거하십시오.

한국어

Little Baby QCPR

대한민국

R-C-Lm1-QCPR-LB

폐기물 처리

QCPR 센서에는 전자 부품이 포함되어 있습니다.
현지 규정에 따라 적절한 재생 시설에서
폐기하십시오.

유럽 지침 2012/19/EU WEEE: 이 기기는 폐전기 및 전자 장치(WEEE)에 대한 유럽 지침 2012/19/EU에 따라 표시되었습니다. 이 제품을 올바르게 폐기하면, 이 제품의 부적절한 폐기로 인해 발생할 수 있는 환경 및 인간의 건강에 대한 부정적인 결과를 예방하는 데 도움이 됩니다.

제품 또는 제품과 함께 제공되는 문서에 표시된 기호의 의미는 본 기기를 가전 폐기물로 처리하면 안 된다는 것을 나타냅니다. 가전 폐기물로 처리하는 대신 전기 및 전자 장치를 재활용하는 해당 수거 장소에 가져다 주어야 합니다. 폐기물 처리에 대한 현지 환경 법규에 따라 폐기하십시오. 본 제품의 처리, 복구 및 재활용에 대한 자세한 내용은 현지 시청, 가전 폐기물 서비스 센터 또는 제품을 구매한 Laerdal 담당자에게 문의하십시오.

보증

이용약관은 Laerdal 글로벌 보증서를 참조하십시오. 자세한 정보는 www.laerdal.com/kr/를 방문하십시오.

기호 용어

	CE 마크
	UKCA 마크
	호주 무선통신 및 EMC 규정 준수 표시
	KC(한국 인증) 인증 마크
	일본 MIC 인증
	WEEE 마크
	제조업체
	제조일
	참조 주문 번호
	로트 번호

사양

작동 온도	5°C ~ 35°C 저온에서 사용할 경우(15°C 미만) 제품의 성능이 저하될 수 있습니다.
보관 온도	-10°C ~ 50°C
습도	5% ~ 95% 상대 습도
무게	1.8kg(± 0.2kg)
치수	65 x 26 x 14cm

本《重要产品信息》涵盖小婴儿 QCPR。除非另有说明，否则该信息适用于所有产品配置。

警告和注意事项

警告说明某种情况、危险或不安全操作可能导致严重的人身伤害或死亡。

注意事项说明某种情况、危险或不安全操作可能导致轻微的人身伤害或产品损坏。

注意

该注释说明了有关产品或其操作的重要信息。

护理、维护和清洁

保持模拟人干净并置于卫生的环境下。

每节课后(尤其是在进行了口对口人工呼吸后)更换气道配件。

我们建议您针对每一位学生使用单独的挪度模拟人面部。

如果多位学生合用一个模拟人面部，请在每次使用后对模拟人面部进行彻底消毒。定期清洁所有皮肤部位。使用温肥皂水或者挪度模型湿巾擦拭。

使用模拟人面部遮挡物清洁地隔离您的唇部和模拟人面部。

以下物品可能会使得模拟人变色：

- 口红和钢笔中的颜料
- 医用手套
- 使用非最初随产品提供的其他衣服。

注意事项

- 切勿使用液体清洗模型内部。
- 切勿将任何部件浸入水中。

电池

只允许使用消费级不可充电式碳锌或碱性电池 LR6 1.5V AA。更换电池时必须使用正确型号。如果长时间不使用产品，请取出电池。

中文 小婴儿 QCPR

中国:
CMIIT-ID: 2019DJ12628

废物处理

QCPR 传感器含有电子组件。根据当地法规在适用的回收站处理废弃物。

欧盟指令 2012/19/EU WEEE: 本设备标有欧盟 2012/19/EU 报废电子电气设备 (WEEE) 指令合规标志。确保本产品得到正确处理,有助于防止对环境和人体健康产生潜在的负面影响;反之,如果对本产品的废弃物处理不当,就会产生负面影响。

产品或产品附属文件上的符号表示本设备不可当作家庭废弃物处理。而要转交到适用的收集点,进行电子和电气设备的回收。处理时,须遵守当地的废弃物处理环保法规。有关本产品的处理、回收和循环利用的详细信息,请联系您当地市政部门、家庭废弃物处理机构或您向其购买产品的挪度代表。

保修

请查看《挪度全球保修》了解条款与条件。如需了解更多信息,请访问
www.laerdal.com/cn/

符号术语表

	CE 标志
	UKCA 标志
	澳大利亚无线电通信和 EMC 合规标志
	KC (韩国认证) 认证标志
	日本 MIC 认证
	WEEE 标志
	制造商
	制造日期
	参考订单号
	LOT 编号

规格

操作温度	5°C 至 35°C 低温 (15°C 以下) 情况下使用时产品性能可能会下降
存放温度	-10°C 至 50°C
湿度	5% - 95% 相对湿度
重量	1.8 公斤 (\pm 0.2 公斤)
尺寸	65 x 26 x 14 厘米

© 2022 Laerdal Medical AS. All rights reserved.



Manufactured in China for:
Laerdal Medical AS
P.O. Box 377
Tanke Svilandsgate 30, 4002 Stavanger, Norway
T: (+47) 51 51 17 00

Printed in China

20-15510 Rev D

www.laerdal.com



Laerdal
helping save lives